

ผลการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามรอบเวลาของ
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

สอบเทียบเครื่องมือและ ทดสอบวิศวกรรมความ ปลอดภัย



บ่งชี้สถานะบำรุงรักษา เครื่องมือ

ลำดับ	สถานะการซ่อม	ความเร่งด่วน	วันที่แจ้งซ่อม	วัน เวลาที่แจ้งซ่อม	เลขที่เครื่องเก่า	ชื่ออุปกรณ์เก่า	สถานะที่ส่ง ณ เวลาแจ้ง
1	แจ้งซ่อม	ด่วนที่สุด	16/11/2564	16/11/2564 14:04:07	6515-036-0202/01	หลอดสูดอากาศ	พักการรื้อถ่าย
2	แจ้งซ่อม	ด่วน	8/10/2564	8/10/2564 14:36:49	6515-036-0202/01	หลอดสูดอากาศ	พักการรื้อถ่าย
3	แจ้งซ่อม	ด่วน	8/10/2564	8/10/2564 14:36:11	6515-036-0202/01	หลอดสูดอากาศ	พักการรื้อถ่าย
4	แจ้งซ่อม	ด่วนที่สุด	5/7/2564	5/7/2564 11:32:23	6515-003-1101/01	เครื่องฟอกอากาศ	พักการรื้อถ่าย
5	แจ้งซ่อม	ด่วน	21/5/2562	21/5/2562 12:27:12	6515-003-1101/01	เครื่องฟอกอากาศ	พักการรื้อถ่าย
6	ซ่อมเรียบร้อยแล้ว	ธรรมดา	6/1/2561	6/1/2561 21:55:10	4120-001-0004-001	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งโต๊ะเครื่องเขิน	พักการรื้อถ่ายและอุปกรณ์
7	แจ้งซ่อม	ปกติ	6/1/2561	6/1/2561 1:28:03	4120-001-0004-002	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งโต๊ะเครื่องเขิน	EMS
8	แจ้งซ่อม	ด่วนที่สุด	5/1/2561	5/1/2561 20:39:43	4120-001-0002/012	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งโต๊ะเครื่องเขิน	พักการรื้อถ่าย
9	แจ้งซ่อม	ปกติ	5/1/2561	5/1/2561 10:09:23	4120-001-0004-002	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งโต๊ะเครื่องเขิน	EMS
10	แจ้งซ่อม	ด่วน	20/12/2560	20/12/2560 12:37:59	4120-001-0004-002	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งโต๊ะเครื่องเขิน	EMS
11	กำลังดำเนินการ	ด่วน	19/12/2560	19/12/2560 12:01:29	7440-001-0002-006	เครื่องลมที่เชื่อมที่รับ	พักการรื้อถ่าย
12	แจ้งซ่อม	ด่วนที่สุด	19/12/2560	19/12/2560 11:37:55	4120-001-0002/002	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งโต๊ะเครื่องเขิน	พักการรื้อถ่าย
13	แจ้งซ่อม	ปกติ	19/12/2560	19/12/2560 11:31:10	7440-001-0002-004	เครื่องลมที่เชื่อมที่รับ	เมสสิการรื้อถ่าย
14	แจ้งซ่อม	ธรรมดา	18/12/2560	18/12/2560 22:57:22	7440-001-0002-005	เครื่องลมที่เชื่อมที่รับ	พักการรื้อถ่ายและอุปกรณ์
15	ซ่อมเรียบร้อยแล้ว	ธรรมดา	18/12/2560	18/12/2560 9:53:42	7440-001-0002-004	เครื่องลมที่เชื่อมที่รับ	พักการรื้อถ่ายและอุปกรณ์
16	ซ่อมเรียบร้อยแล้ว	ธรรมดา	17/12/2560	17/12/2560 22:04:32	4120-001-0002/012	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งโต๊ะเครื่องเขิน	เมสสิการรื้อถ่าย
17	ยกเลิกรายการ	ด่วน	17/12/2560	17/12/2560 22:02:20	7440-001-0002-005	เครื่องลมที่เชื่อมที่รับ	พักการรื้อถ่ายและอุปกรณ์
18	ซ่อมเรียบร้อยแล้ว	ธรรมดา	17/12/2560	17/12/2560 21:52:09	4120-001-0002/002	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งโต๊ะเครื่องเขิน	พักการรื้อถ่ายและอุปกรณ์
19	ซ่อมเรียบร้อยแล้ว	ธรรมดา	17/12/2560	17/12/2560 21:47:16	4120-001-0002/002	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งโต๊ะเครื่องเขิน	EMS

วิธีการบำรุงรักษา เครื่องมือ

